



# 1.部品リスト




記号	名称	メーカー	型番	RS品番(注)	個数
A	電源スイッチ	日本開閉器工業	A22-HV	475-2014	1
B	33M $\Omega$ 抵抗	*.メーカー・型番特に指定無し。		502-0829	1
C	計装アンプ	Burr Brown	INA116	182-8528	1
D	opeamp	Texas Instruments	TL072	182-2413	1
E	opeamp	Texas Instruments	TL074	857-929	1
F	ディップスイッチ	COPAL	CFP-0202C	*.RS在庫無	1
G	可変抵抗	Bourns	3310C-001-104L	522-0445	2

注). RS components社([jp.rs-online.com](http://jp.rs-online.com))で発注する際の番号

## 2.各部の機能




### 3. 結線






## 4.組み立て

複数基板のスタック



各基板の電源・グラウンドを基板間  
コネクタ(Mac8, WM-150)で接続

取り付け



可変抵抗器のブッシング  
をナットで固定